

	<b>INSTRUCTIVO</b> <b>PREPARACION DEL PACIENTE Y/O</b> <b>TOMA DE MUESTRA</b> <b>ORINA DE 24 HORAS CON</b> <b>PRESERVANTE ACIDO BORICO</b> <b>LABORATORIO CLINICO THOMAS</b>	Código: ITPA041
		Fecha de Emisión:
		Revisión: 00
		Fecha de Revisión:
		Página 1 de 1

## RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS CON PRESERVANTE ACIDO BORICO

- Para este examen Usted recibirá un envase de plástico, limpio, con capacidad para 5 Litros y que contiene un preservante en polvo.
- La recolección de orina debe comenzar con la vejiga vacía. Para esto Usted debe eliminar completamente en el wc la primera orina de la mañana. Por ejemplo, si Usted orina a las 07.00 hrs. AM, debe eliminar toda esa orina en el wc y anotar la hora. A continuación debe recolectar, en el envase proporcionado por el laboratorio, TODA la orina que se produzca desde ese momento y hasta las 07.00 hrs. AM del día siguiente, incluyendo esta última.
- Cada vez que se agregue una nueva porción de orina al envase se debe agitar suavemente para que se mezcle su contenido.
- Es muy importante que se recolecte la orina de todas las micciones del día, puesto que una recolección que no incluya la totalidad de orina emitida en 24 horas, puede afectar directamente los resultados de su análisis.
- Durante la recolección de orina mantenga su consumo habitual de agua.
- Le solicitamos no mezclar la orina con papel higiénico, restos de deposiciones o flujo menstrual. Si Usted se encuentra en esta última situación, la recolección de orina debe postergarse hasta finalizado el período.
- Durante la recolección, mantener el envase tapado, en un lugar fresco, de preferencia refrigerado.
- Una vez terminada la recolección entregar en el laboratorio antes de las 11.00 hrs.
- Cuando concurra a realizarse este examen debe presentar su cédula de identidad y la orden médica correspondiente.
- Si tiene dudas sobre este instructivo puede consultar al personal de toma de muestras, llamar al fono 2210051 o enviar un correo electrónico a [contacto@laboratoriothomas.cl](mailto:contacto@laboratoriothomas.cl)